

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
Mgr. Hana Zornová  
Majetkový referent  
Odbor investiční a majetkový  
28. října 117  
702 18 Ostrava

V Novém Jičíně dne 22. 10. 2019

**Nemocnice Nový Jičín a. s. – žádost o koupi pozemku**


Vážený paní magistro,

chtěli bychom Vás tímto požádat o odkup pozemku v areálu Nemocnice Nový Jičín, parcelní číslo 633/33 o výměře 30 m<sup>2</sup> a pozemku 643/27 o výměře 31 m<sup>2</sup>. Geodetický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr a KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Nový Jičín.

Důvodem naší žádosti je potřeba vybudování zázemí pro lineární urychlovač, jehož pořízení bylo schváleno přístrojovou komisí Ministerstva Zdravotnictví ČR 12. září 2019.

Vybudování nových prostor pro realizaci obnovy lineárního urychlovače zabrání jistému několikaměsíčnímu výpadku onkologické péče pro pacienty našeho regionu v době ukončení plánované životnosti stávajícího přístrojového vybavení.

Přístavba pracoviště pro lineární urychlovač by tedy předcházela ukončení životnosti stávajícího, tak aby bylo možné kontinuálně pokračovat v poskytování onkologické péče po jeho odstavení.



Ing. David Koribský, MBA  
místopředseda představenstva  
Nemocnice Nový Jičín a. s.

*Příloha:*

*Výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  
Stanovisko komise pro posuzování nových přístrojových technologií  
Studie „Přístavba pro lineární urychlovač“*



V Praze dne 15. září 2019

Č.j.: MZDR 39985/2019/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 12. ZÁŘÍ 2019

*Přístroj:* **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (LU)** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Nový Jičín / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice Nový Jičín, a.s.**

*Adresa:* Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 15 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
náměstek pro zdravotní péči



Odůvodnění:

Hlavním důvodem pro pořízení nového lineárního urychlovače je náhrada současného dosluhujícího a technicky již nevyhovujícího přístroje Clinac iX, z roku 2010. Efekt bude zároveň ve zlepšení vyšetřovacího komfortu, zkvalitnění diagnostiky a rozšíření vyšetřovacího spektra.

V roce 2006 došlo k centralizaci onkologické péče do sítě Komplexních onkologických center, ve kterých probíhá nejnáročnější léčba onkologicky nemocných. Onkologické centrum v Novém Jičíně tento statut opakovaně obhájilo a v roce 2014 bylo jmenováno Centrem vysoce specializované onkologické péče pro dospělé.

Žadatel:	Nemocnice Nový Jičín a. s.					
Přístrojové zařízení:	lineární urychlovač (LU)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	44 531	48984,1				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	8,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NÁŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	180,0					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	15	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	100	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mí mo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



